

Osijek, 04. travnja 2025. godine

ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- SVIMA –

PREDMET: Nabava infracrvene termalne kamere za analizu termalnih obrazaca i mjerenje temperature

- odgovori na upit i pojašnjenje, daje se

U postupku jednostavne nabave za predmet nabave „infracrvena termalna kamera za analizu termalnih obrazaca i mjerenje temperature“ koji se vodi pod evidencijskim brojem 19/2025, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zaprimio je upite gospodarskih subjekata kako slijedi:

UPIT 1:

- pokrivanje temperaturnog raspona od -20 °C do 1400 °C

Prihvaća li naručitelj maksimalnu temperaturu do 1200 °C ?

Naručitelj neće prihvatiti maksimalnu temperaturu do 1200 °C jer treba snimati požarnu opasnost.

UPIT 2:

- vizualna kamera najmanje razlučivosti 5 Mpix

Prihvaća li naručitelj kameru razlučivosti minimalno 3,1 Mpix?

Naručitelj neće prihvatiti kameru razlučivosti minimalno 3,1 Mpix budući da norme traže više od 3,2 Mpix.

UPIT 3:

- opciju radiometrijskog termalnog IC video snimanjem

Je li dovoljno da uređaj ima samo opciju video snimanja (kao opciju koja se može naknadno ugraditi) ili je nužno da ta opcija bude odmah integrirana u uređaj?

Nužno je da opcija bude programski podržana kamerom.

Predstavnici naručitelja